



ประกาศจังหวัดนครราชสีมา

เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบogสูบไม่ต่ำกว่า ๒๕๐๐ ซีซี ด้วยวิธีประกวด  
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดนครราชสีมา โดย โรงพยาบาลเพรัตน์นครราชสีมา มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธี  
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้

รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบog	จำนวน	๑
สูบไม่ต่ำกว่า ๒๕๐๐ ซีซี		คัน

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ช่วยวารา傍<sup>ที่</sup>  
ที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกงับข้อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ที่้งานและได้แจ้งเรียนเข้าให้เป็นผู้ที่้งานของหน่วยงาน  
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ที่้งานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้  
จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจ้างและการบริหาร  
พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นบุคคลธรรมดาระหว่างนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคายื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัด

นครราชสีมา ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาก่อน  
อย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารซึ่งความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รูบאלของผู้เสนอ  
ราคาได้มีคำสั่งให้สละเอกสารซึ่งความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๑๐. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิ์ผู้เสนอราคain สถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาระหว่างห้ามทำ  
สัญญาตามที่ คณะกรรมการนโยบายกำหนด

ผู้เสนอราคานี้เสนอราคainรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน  
ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคานี้ให้เสนอราคainนาม "กิจการร่วมค้า" ส่วน  
คุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงาน  
ก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้า

ทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคา กับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาก่อนระบบจัดซื้อจัดจ้าง จังภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงาน ก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้

ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียน เป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

๑๑. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่มีอยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือ แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๑๒. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วย ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชี กลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๑๓. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน สาม หมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคากิจการอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ [www.dnrh.go.th](http://www.dnrh.go.th) หรือ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th) หรือ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th) หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๔๓๙-๔๐๐๐ ต่อ ๔๒๐๔ ในวันและเวลา ราชการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดสอบถามมายัง จังหวัดนราธิวาส ผ่านทางอีเมล dnrh@dnrh.go.th ภายในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โดยจังหวัดนราธิวาสจะซึ่งแจ้งรายละเอียดตั้งกล่าวผ่านทาง เว็บไซต์ [www.dnrh.go.th](http://www.dnrh.go.th) หรือ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th) และ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th) ในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ประกาศ ณ วันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

\_\_\_\_\_  
(นายจิรศักดิ์ วิจักขณาลัณณ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ราษฎร์ ปฏิบัตราชการ  
แทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกวดราคาก่อนเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา



เอกสารประกวดราคาซื้อตัวยิรีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
เลขที่ ....๑/๘๔๖๑

ประกวดราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรระบบอกรถสูบไม่ต่ำกว่า ๒๕๐๐ ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคา  
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ โรงพยาบาลเทพรัตน์ครราชสีมา  
ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐

โรงพยาบาลเทพรัตน์ครราชสีมา ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "จังหวัด" มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อตัวยิรีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้

รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรระบบอกรถสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒๕๐๐ ซีซี	จำนวน	๑	คัน
---	-------	---	-----

ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อตัวยิรีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมี  
ข้อแนะนำ และข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
- ๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
- ๑.๓ สัญญาซื้อขายทั่วไป
- ๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน
  - (๑) หลักประกันสัญญา
- ๑.๕ บันทึก
  - (๑) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
  - (๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาย่างเป็นธรรม
- ๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
  - (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
  - (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

- ๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๒.๓ ไม่อழุ่รระหว่างเลิกกิจการ
- ๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้

ข้อความที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุข้อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทั้งงานและได้แจ้งเรียนชื่อให้เป็นผู้ทั้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทั้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบKA

๒.๗ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้ แก่ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาย่างเป็น ธรรม ตามข้อ ๑.๕

๒.๙ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้ศาลเอกสารและความคุ้มกันเช่นว่าตนนั้น

๒.๑๐ ไม่เป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลังกำหนด

๒.๑๑ ผู้เสนอราคาต้องไม้อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชี รายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๒.๑๒ ผู้เสนอราคาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๑๓ ผู้เสนอราคาซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคารเว้นแต่ การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๒.๑๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคainสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคา และห้ามทำสัญญาตามที่ กวพ. กำหนด

๒.๑๕ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม้อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๒.๑๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัด จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของ กรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๒.๑๗ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่า ไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

### ๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาก่างระบบจัดซื้อจัด จ้าง ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจด

ທະເບີນນິຕິປຸຄລ ບໍ່ມີໜີ້ຢາຍໆຂໍ້ອໜຸນສ່ວນຜູ້ຈັດກາ ຜູ້ມີອຳນາຈຄວບຄຸມ (ດ້າມີ) ພຣອມຮັບຮອງສຳເນົາຖືກຕ້ອງ

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจด  
ทะเบียนบัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นราย  
บุคคล

(๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดารือคณบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลให้ยื่น  
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัว  
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนา  
ถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

(๔.๑) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ซึ่งออกให้ปีปัจจุบัน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้องสำหรับผู้ประกอบการประเภทร้านค้าจะต้องมีสำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๓.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แบบหนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดายังเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) แคดตาล็อกและหรือแบบรูปรายการและอุปกรณ์ลักษณะเฉพาะ ตามที่อธิบดีฯ กำหนด

(๓) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

(๓.๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคางานระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๗)

(๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

#### ๔. การเสนอราคা

๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย  
อิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอก  
ข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้เสนอราคา โดยไม่ต้องแนบใบ  
เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

(๑) ผู้เสนอราคาต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความถูกต้อง

ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา และวิธีส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่หน่วยงานของรัฐผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๒) ให้ผู้เสนอราคานำข้อมูล PDF File ที่ได้จัดเตรียมไว้ตาม ๔.๑ มาดำเนินการบันทึก และส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่หน่วยงานของรัฐผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ภายในวัน และเวลาที่ประกาศกำหนด โดยผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง ในการบันทึกและส่งข้อมูล (Upload) ของตนก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา

๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคเดียว โดยเสนอราคารวมและหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ โรงพยาบาลเพชรตันครราชสีมา

ราคานี้เสนอ จะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน นับแต่วันเสนอราคา โดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคานี้ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้

๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ ไม่เกิน ๑๒๐ วัน นับถ้วนจากวันลงนาม ในสัญญาซื้อขาย

๔.๔ ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคดตาล็อกและหรือแบบรูประยการละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของ โรงพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรระบบออกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๕๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน ไปพร้อมการเสนอราคายังระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวจะนับจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

สำหรับแคดตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความประสงค์จะขอคุณลักษณะเฉพาะของตัวนั้นฉบับแคดตาล็อก ผู้เสนอราคาจะต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน ๕ วัน

๔.๕ ก่อนการเสนอราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจสอบสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯลฯ ให้ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๔.๖ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคา ทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

เมื่อพั้นกำหนดเวลา yื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและการเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๗ ผู้เสนอราคาต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา และวิธีส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่หน่วยงานของรัฐผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่า เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้เสนอราคารายอื่น ตามข้อ ๔.๕ (๑) หาก

ปรากฏว่าผู้เสนอราคารายได้เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอราคารายได้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจาก การเป็นผู้เสนอราคา

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ก่อนหรือ ในขณะที่มี การพิจารณาข้อเสนอว่า มีผู้เสนอราคารายได้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากเป็นผู้เสนอราคา และจังหวัดจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคากดล่ำภูเป็น ผู้ทึ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำการดังกล่าว

หากภายหลังจากการพิจารณาผลการเสนอราคาของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด  
ราคากลางที่มีการตกลงกันแล้ว หน่วยงานของรัฐตรวจสอบพบว่าผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาหรือผู้เสนอราคารายได้ราย  
หนึ่งกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.6 (2) หน่วยงานของรัฐสามารถถอดสิทธิ  
การเป็นผู้ชนะการเสนอราคาโดยไม่เรียกผู้เสนอราคาเข้ามาทำสัญญา และสามารถลงโทษผู้เสนอราคาที่กระทำการอัน  
เป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาย่างเป็นธรรมเป็นผู้ที่้งานได้

๔.๗ ผู้เสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

- (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกันราคาอิเล็กทรอนิกส์  
(๒) ราคานี้เสนอจะต้องเป็นราคานี้ที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้

จ่ายทึ้งปวงไว้ด้วยแล้ว

- (๓) ผู้เสนอราคากำต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่  
(๔) ผู้เสนอราคากำตองการเสนอราคาก่อนที่เสนอแล้วไม่ได้  
(๕)

(๒) ผู้เสนอรายได้ของทักษิณและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคากล้องด้วยวิธีประการราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ [www.eprocurement.go.th](http://www.eprocurement.go.th)

#### ๕. หลักเกณฑ์และสิทธิ์ในการพิจารณา

๕.๓ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ จังหวัดจะหลักเกณฑ์ ราคา และจะพิจารณาจาก ราคาวรบ

๕.๒ หากผู้เสนอราคายังไม่มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคายังนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดแยกไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อจังหวัดเท่านั้น

๔.๓ จังหวัดส่วนสีทึบไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคาก็โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้

- (๓) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคายันนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของจังหวัด

- (๖) ไม่กรอกข้อมูลบุคคล หรือลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่างหนึ่งอย่างใด หรือ

## ทั้งหมดในการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น

๕.๔ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือจังหวัดมีสิทธิให้ผู้เสนอราคากำชับแจ้งข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคากลับ จังหวัดมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคาหรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง

๕.๕ จังหวัดทรงไว้วางใจสิทธิที่จะไม่รับราค่าต่ำสุด หรือราคานึงราคากลับ หรือราคากลับที่เสนอ ก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการ เป็นสำคัญ และให้อธิบายว่าการตัดสินของ จังหวัดเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคากำเรียกร้อง ค่าเสียหายใดๆ มิได้รวมทั้ง จังหวัด จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้เสนอราคากลับเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคากลับได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากำทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมด้า หรือนิติบุคคลอื่นมา偽匿 ข้อเสนอแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้เสนอราคารายที่เสนอราคากลับต่ำสุด เสนอราคากลับจันภาคหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือหน่วยงานของรัฐจะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้เสนอราคากำสามารถดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ หน่วยงานของรัฐมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคากลับของผู้เสนอราคารายนั้น ทั้งนี้ ผู้เสนอราคากลับว่าไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากหน่วยงานของรัฐ

๕.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการพิจารณาข้อเสนอว่า ผู้เสนอราคากลับมีสิทธิได้รับการคัดเลือกเป็นผู้เสนอราคากลับที่มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้เสนอราคากลับที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคากลับย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ จังหวัดมีอำนาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคากลับที่ได้รับคัดเลือกรายดังกล่าวออก และจังหวัดจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน

ในกรณีที่หากปลดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าการยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคากลับได้ดำเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ปลดกระทรวงมีอำนาจยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคากลับได้

## ๖. การทำสัญญาซื้อขาย

๖.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการของทางราชการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อ จังหวัดจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ แทนการทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้

๖.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการของทางราชการ หรือจังหวัดเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ กับจังหวัดภายใน ๗ วัน นับถ้วน

จากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางแผนหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคากล่องที่ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ได้ให้จังหวัดยศถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(๑) เงินสด

(๒) เช็ครหัสอัตโนมัติที่ธนาคารเชื่อมสัมภาระให้แก่จังหวัด โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญาหรือ ก่อนหน้านั้น ไม่เกิน ๓ วันทำการ

(๓) (๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายใต้กฎหมายไทย ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบาย กำหนด หนังสือค้ำประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๑)

(๔) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยรายใน ๑๕ วัน นับถ้วนจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พั่นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

๗. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้คิดในอัตรา ร้อยละ ๐.๒๐ ต่อวัน

๘. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาซื้อขาย ตาม แบบดังระบุในข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถ้วนจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบ โดยผู้ขายต้องรับผิดชอบซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดังเดิม ภายใน ๑๕ วัน นับถ้วนจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๙. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ

๙.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินบสนับสนุนค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะบลงทุนระดับหน่วยบริการ ๙๐% ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ ต่อเมื่อจังหวัดได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจากเงินบสนับสนุนค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะบลงทุนระดับหน่วยบริการ ๙๐% ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ แล้ว เท่านั้น

๙.๒ เมื่อจังหวัดได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายได้ให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องนำเข้ามาโดย ทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ กำหนด ผู้เสนอราคាចึ่งเป็นผู้ขาย จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้

(๑) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๓ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับ เรือไทย จำกัดต่างประเทศมาจังหวัดไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่

มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย การส่งเสริมการพาณิชยนาวี

๙.๓ ผู้เสนอราคาซึ่งจังหวัดได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญา หรือข้อตกลงภายใต้ทางราชการกำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ จังหวัดจะรับหลักประกันการยื่นข้อเสนอหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกัน การยื่นข้อเสนอทันทีและอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

๙.๔ จังหวัดส่วนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๐.๕ หน่วยงานของรัฐอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้เสนอราคากำเรียกร้องค่าเสียหายได้ฯ จากหน่วยงานของรัฐไม่ได้

(๑) หน่วยงานของรัฐไม่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง หรือเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอที่จะทำการจัดซื้อจัดจ้างนั้นต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมหรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นหรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดซื้อจัดจ้างต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

#### ๑.๒ การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

หน่วยงานของรัฐสามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการทั้งนี้ หากผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว



รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ  
โรงพยาบาล (รถตู้) บริมาตรฐานสูงไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ชีซี.  
โรงพยาบาลเพรตันน์ครราชสีมา

๑. ความต้องการ รถยนต์พยาบาลทรงสูง สำหรับให้บริการรับ-ส่งต่อผู้ป่วย โดยมีอุปกรณ์จำเป็นสำหรับ การดูแลผู้ป่วยระหว่างการส่งต่อ

๒. วัสดุประสนค์ สำหรับส่งต่อผู้ป่วย และเพื่อออกให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉิน ณ ที่เกิดเหตุ

๓. ความต้องการจำเพาะ

๓.๑ เป็นรถยนต์ที่ให้การดูแลและรักษาผู้ป่วยในระดับ Advanced Life Support และส่งต่อ ผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลอื่นได้

๓.๒ สามารถดูแลผู้ป่วยในระหว่างส่งต่อซึ่งจำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจได้

๓.๓ อุปกรณ์การแพทย์ที่สำคัญสามารถนำออกไปดูแลรักษาผู้ป่วยนอกรถพยาบาลได้อย่างสะดวก

๓.๔ มีเครื่องมือสื่อสารในเครือข่าย VHF โดยใช้ความถี่หลักของกระทรวงสาธารณสุข

๓.๕ มีสัญญาณไฟและเสียง พร้อมตัวอักษรที่มองเห็นได้ชัด และสามารถให้ความมั่นใจและสร้าง

ความปลอดภัยให้แก่ผู้ปฏิบัติ

๔. คุณลักษณะของรถยนต์ แบ่งออกเป็น ๒ หมวด ดังนี้คือ

หมวด ก คุณลักษณะของรถยนต์

หมวด ข คุณลักษณะของครุภัณฑ์การแพทย์

หมวด ก คุณลักษณะของรถยนต์ มีรายละเอียดดังนี้

๑. คุณลักษณะทั่วไป

๑.๑ เป็นรถยนต์ตู้สีขาวตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต (ไม่รวมถึงรายการที่กำหนดไว้ใน คุณลักษณะเพิ่มเติม) ความสูงจากพื้นถนนถึงหลังคาไม่น้อยกว่า ๒,๒๕๐ มิลลิเมตร

สภาพใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อนมีตัวรถและเครื่องยนต์จากผู้ผลิตเดียวเท่านั้น

๑.๒ ห้องพยาบาลสามารถบรรทุกผู้ป่วยและผู้โดยสารอื่นได้ถูกไม่น้อยกว่า ๖ ที่ ทุกที่ต้องมี เข็มขัดนิรภัย

๑.๓ กระจักรต้องเป็นแบบนิรภัยทั้งหมดติดฟิล์มกรองแสงชนิดมาตรฐาน แบบสามารถป้องกัน รังสี UV ไม่น้อยกว่า ๖๐% ข้างหน้า ๒ ข้างด้านคนขับความทึบแสงไม่น้อยกว่า ๖๐%

ยกเว้นกระจักรบังลมด้านหน้าติดแบบทึบเฉพาะส่วนบนมีขนาด ๑๕ เซนติเมตร ด้านห้อง

พยาบาลมีความทึบแสงไม่น้อยกว่า ๘๐%

คำสั่งจังหวัดนราธิวาส ที่ บมท๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐		จำนวน ๒๐ แผ่น	แผ่นที่ ๑
คุณลักษณะเฉพาะ รถยนต์ (รถตู้) บริมาตรฐานสูงไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ชีซี			
ผู้กำหนด โรงพยาบาลเพรตันน์ครราชสีมา			
ผู้ตรวจสอบ	๑.นายศรี ดุษพงษ์ไทย ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการ		วันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
	๒.นางอนุลักษณ์ ทะแพะพันธ์ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ		วันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
	๓.นายบริขิน อ่องแจ่ม ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (เจ้ากิจสุกเจน)		วันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

- ๑.๔ ในห้องคนขับและห้องพยาบาล ติดตั้งระบบปรับอากาศเป็นคอยล์เย็นห้องละ ๑ จุด ซึ่ง เป็นของใหม่ค่ายใช้งานมาก่อน สามารถแยกควบคุมแอร์ห้องสองห้องโดยมีตู้จ่ายลมแอร์ หลังอยู่ที่ด้านท้ายรถและช่องจ่ายลมแอร์ ๒ ແນ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๑.๕ ในห้องคนขับติดตั้งเครื่องรับวิทยุระบบ AM/FM พร้อมลำโพง
- ๑.๖ มีแผ่นบังแสงแดดรจากด้านหน้าข้างขวา ข้างละ ๑ อัน
- ๑.๗ ห้องคนขับมีประตูปิด - เปิด ทึ้งด้านซ้ายและด้านขวา มีกุญแจล็อกได้และมีผนังกันแยก ช่วงหน้าคนขับออกจากช่วงหลังซึ่งจัดเป็นห้องพยาบาล ตรงกลางผนังกันมีประตูปิดเปิด ห้องทั้งสองเข้าถึงกัน สามารถล็อกจากด้านคนขับและเปิดได้ทั้งสองด้าน ส่วนบนประตุ๊ม ช่องกระจกบานเลื่อนสองบาน
- ๑.๘ มีชุดสัญญาณไฟฉุกเฉินตามที่กฎหมายกำหนดแบบแฉวยaabรับแบบไม่ต้านลม ติดตั้งด้านหน้ารถหนีคนขับ และชนิดกระพริบแบบ กลมเล็ก ติดตั้งด้านหลังสุดบน หลังรถ
- ๑.๘.๑ เป็นไฟฉุกเฉินแบบแฉวยaab ด้านหน้าประกอบด้วยดวงไฟ LED ครอบทับด้วย ชุด กระจายแสง ให้ความสว่างของแสงตามมาตรฐาน
- ๑.๘.๒ ฝาเลนส์ครอบดวงไฟทำด้วยวัสดุ Polycarbonate ยึดติดกับแกนอลูมิเนียมด้วยขา ให้แสงสีแดง ด้านซ้ายให้แสงสีน้ำเงิน ขนาดของแพนไฟ (ไม่รวมขาติดตั้ง) ยาวไม่ น้อยกว่า ๕๐ นิ้ว
- ๑.๘.๓ ด้านหลังติดไฟสัญญาณฉุกเฉินชนิดกระพริบแบบกลมเล็ก ใช้หลอด Xenon จำนวน ๑ ดวง
- ๑.๙ ตัวรถติดตั้งคอมไฟกระพริบแฟลชสีน้ำเงิน-แดง ชนิดหลอดไฟ LED จำนวนไม่น้อยกว่า ๘ จุด คือ คู่ด้านหน้า ชุดละไม่น้อยกว่า ๓ ดวง และคู่ด้านหลังชุดละไม่น้อยกว่า ๖ ดวง, จุดด้านซ้าง ขวาและซ้างซ้าย ข้างละ ๒ ชุด ชุดละไม่น้อยกว่า ๖ ดวง
- ๑.๙.๑ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน โดยระบุในแคตตาล็อก หรือในกรณีที่ไม่มีระบุ แคตตาล็อกให้ผู้เสนอราคาแนบใบรับรองมาในวันยื่นเอกสาร
- ๑.๙.๒ ผู้เสนอราคาต้องแนบใบรับรองว่าจะจัดหาอย่างไรได้ไม่น้อยกว่า ๕ ปี ในวันยื่น เอกสาร
- ๑.๑๐ มีเครื่องขยายเสียงขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ วัตต์ ใช้กับไฟกระแสตรอง ๑๒ โวลท์ จำนวน ๑ เครื่อง ติดตั้งอยู่ในห้องคนขับ ประกอบไปด้วย

คำสั่งหัวหน้าครรภสีมา ที่ ๔๗๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐   จำนวน ๕๐ แผ่น   แผ่นที่ ๒
คุณลักษณะเฉพาะ รถพยาบาล (รถตู้) บริมาตรฐานสูงไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ชีวี ผู้กำหนด โรงพยาบาลเพชรบัตน์ครรภสีมา
ผู้ตรวจสอบ
๑.นายศักดิ์ สุขพงษ์ไทย ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการ
๒.นางอนุลักษณ์ ทะแพะพันธ์ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๓.นายบริชัน อ่องแจ่ม ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (เจ้าหน้าที่ฉุกเฉิน)

- ๑.๑๐.๔ มีปุ่มหมุนเปิด-ปิด และเพิม-ลดเสียง
- ๑.๑๐.๕ มีไมโครโฟนชนิด Dynamic มีลิฟท์สำหรับควบคุมการพูด (Push to Talk)
- ๑.๑๐.๖ สายไมโครโฟนเป็นแบบ Coiled Tubing เมื่อกดพูดจะตัดเสียงไซเรนอัตโนมัติ พร้อมที่ยึดไมโครโฟน
- ๑.๑๐.๗ ชุดกำเนิดสัญญาณเสียงไซเรน สามารถแยกเสียงสัญญาณไซเรน (Siren Volume) และเสียงไมโครโฟน (Mic Volume) เสือกปรับเสียงไซเรน ให้ความแตกต่างของเสียงได้มีน้อยกว่า ๕ เสียงและมี ๓ เสียงที่ได้รับอนุญาต จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีความดังของเสียง Siren อย่างน้อย ๑๒๐ db ระยะ ๓ เมตร
- ๑.๑๐.๘ ลำโพงขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ วัตต์ โดยติดตั้งไว้บนหลังรถหรือรวมอยู่ในชุดสัญญาณไฟฉุกเฉิน ๑ ตัว
- ๑.๑๐.๙ ผลิตภัณฑ์ที่เสนอห้องเครื่องขยายเสียงและลำโพง ต้องเป็นยี่ห้อเดียวกัน
- ๑.๑๐.๑๐ เป็นผู้ผลิตภัณฑ์ประเทคโนโลยีหรือทวีปยูโรปที่ได้รับมาตรฐานโดยระบบแคตตาล็อก หรือในกรณีที่ไม่มีระบุแคตตาล็อก ให้ผู้เสนอราคาแนบใบรับรองมาในวันยื่นเอกสาร
- ๑.๑๐.๑๑ ผู้เสนอราคาต้องแนบใบรับรองว่าจะจัดหาอย่างหล่อได้ไม่น้อยกว่า ๕ ปี ในวันยื่นเอกสาร
- ๑.๑๑ มีเครื่องประจุไฟแบตเตอรี่อัตโนมัติ (Battery charger) ติดตั้งในห้องคนขับ ๑ เครื่อง
- ๑.๑๑.๑ เป็นเครื่องประจุไฟที่สามารถต่อ กับปลั๊กเสียงบระจารถทิ้งไว้ได้ตลอดเวลา เพื่อความสะดวกซึ่งรักษาระดับไฟในแบตเตอรี่ให้เต็ม พร้อมใช้งานตลอดเวลา ยืดอายุแบตเตอรี่ โดยการวัดปริมาณไฟในแบตเตอรี่ แล้วจ่ายประจุให้เหมาะสมได้โดยอัตโนมัติ
- ๑.๑๑.๒ สามารถประจุแบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว-กรด ทุกแบบ ทุกขนาด ตั้งแต่ขนาด ๑.๕-๑๒๐ Ah
- ๑.๑๑.๓ รับแรงดันไฟฟ้าได้ระหว่าง ๒๒๐-๒๔๐ VAC
- ๑.๑๑.๔ มีปุ่มเลือกจ่ายแรงดันไฟฟ้าให้เหมาะสมกับชนิดของรถ รวมทั้งขนาดและสภาพของแบตเตอรี่นั้นอัตโนมัติ
- ๑.๑๑.๕ มีระบบตัดการทำงานอัตโนมัติเมื่อลดลงจนต่ำกว่าค่ามาตรฐาน หรือต่ำกว่าค่าที่ตั้งไว้ ๕%
- ๑.๑๑.๖ เป็นผลิตภัณฑ์ประเทคโนโลยีหรือทวีปยูโรปที่ได้รับมาตรฐานโดยระบบแคตตาล็อก หรือในกรณีที่ไม่มีระบุแคตตาล็อก ให้ผู้เสนอราคาแนบใบรับรองมาในวันยื่นเอกสาร

คำสั่งจังหวัดนราธิวาส ที่ ๖๗๓๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐   จำนวน ๑๐ แผ่น   แผ่นที่ ๓	
คุณลักษณะเฉพาะ รถพยาบาล (รถฉุกเฉิน) บริเวณที่ต้องการสูงน้ำต่ำกว่า ๒,๕๐๐ ฟุต	
ผู้กำหนด โรงพยาบาลเหพรัตน์นราธิวาส	๑.นายชาสวัต สุขพงษ์ไทย ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการ
	วันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐
	๒.นางอนุสัจญ์ พะเพ็งพันธ์ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
	วันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐
	๓.นายบริชัน อ่องแจ่ม ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (เวชกิจธุรี)
	วันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐

- ๑.๑๒ ห้องพยาบาลด้านซ้ายมีประตูปิด-เปิด เป็นชนิดบานเลื่อนและด้านหลังมีประตูปิด-เปิด  
ยกขึ้น-ลง เพื่อ易于เดินผ่านไป-มา ออกจากห้องพยาบาลได้ และประตูทั้งสองบานมีกุญแจล็อก
- ๑.๑๓ ติดตั้งพัดลมไฟฟ้าหรือเครื่องระบายอากาศ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๘ นิ้ว  
จำนวน ๑ เครื่อง โดยมีสวิทช์ ปิด-เปิด อยู่ในชุดควบคุมเดียวกันที่ແงหงหงด ติดตั้ง  
ด้านบนของห้องพยาบาล รอยต่อจะต้องเชื่อมตัวกับส่วนต่อเติมที่ติดตั้งห้องน้ำอย่างดี
- ๑.๑๔ ด้านหลังคนขับออกแบบให้มีเก้าอี้นั่งเดียว ๒ ที่นั่ง หันหน้าไปทางด้านท้ายรถ โดยตั้งที่อยู่  
ติดประตูข้างยีดตึงอยู่กับที่ สามารถยกเบาะขึ้น ส่วนตัวที่อยู่ด้านมาสามารถเลื่อนสไลด์  
ออกมากทางด้านหัวเปลเพื่อถอดและลากเข้าสู่ตู้เก็บเบรกได้เพื่อความสะดวกสำหรับ  
พื้นทำงานในสภาพปกติ โดยเก้าอี้ตัวที่เลื่อนได้เป็นเก้าอี้นั่งแบบมีพนักพิงถึงศีรษะมีที่วาง  
แขน ๒ ข้าง
- ๑.๑๕ ด้านหลังคนขับมีท่อเก็บออกซิเจนขนาดใหญ่ทำด้วยอลูมิเนียม จำนวน ๒ ท่อ วางตั้งอยู่บนที่  
รองรับพร้อมอุปกรณ์จับยึดถังออกซิเจนอย่างแน่นหนา
- ๑.๑๖ ตามข้อ ๑.๑๕ ท่อออกซิเจนทั้งสองเขื่อมต่อด้วยระบบ Pipe Line ครอบชุดแบบต่อคู่ทั้งสองท่อ  
ต่อเขื่อมกันและกันได้ด้วยหัวท่อนแรงดัน (ตามรายละเอียดหมวด ๑ ครุภัณฑ์การแพทย์ข้อ ๑.๙)
- ๑.๑๗ ด้านหลังคนขับ ถัดจากเก้าอี้ในข้อ ๑.๑๔ ติดตั้งตู้เก็บเบรกภัณฑ์ไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น พร้อมฝา  
ปิดชนิดในส่วนด้านล่างออกแบบเป็นตู้และมีช่องเก็บของ
- ๑.๑๘ เพดานรถทำที่แขวนตัว พร้อมเข็มขัดคล้องตัว สามารถรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๘๐  
กิโลกรัม เพื่อสำหรับเจ้าหน้าที่ทำ CPR เป็นแบบหลุมฝังอยู่ในเพดาน โดยชุดเข็มขัดคล้องตัว  
สำหรับ CPR ต้องสะดวกสำหรับการสวมใส่
- ๑.๑๙ เพดานด้านใน มีที่แขวนภาชนะใส่น้ำเกลือหรือเลือดแบบกล่องเปิดฝังอยู่ในเพดานซึ่งทำด้วย  
อลูมิเนียมหล่อเม็ดไม่ได้ใช้งานจะไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดยื่นออกมาจากเพดานเมื่อตึงออกมายัง  
งานจะสามารถแขวนภาชนะพร้อมกันได้ ๒ ที่ และมีที่รัดภาชนะทั้งสองแบบปรับขนาดได้
- ๑.๒๐ ถัดจากตู้เก็บเบรกภัณฑ์ในข้อ ๑.๑๗ มีคอนโซลยาวจนสุดตัวรถโดยเหลือที่ประมาณ ๔๕  
เซนติเมตร ทำเป็นแบบเฟอร์นิเจอร์ Built-in สำหรับใส่เครื่องมือแพทย์ติดตั้งอย่างแข็งแรงใช้  
งานได้สะดวก โดยออกแบบเพื่อรองรับและยึดตัวอุปกรณ์ช่วยชีวิตดูแลเงินทั้งหมดส่วน  
ด้านล่างออกแบบเป็นกล่องไว้เก็บเบรกภัณฑ์
- ๑.๒๑ ด้านบนเหนือจากคอนโซลในข้อ ๑.๒๐ ขนาดไปกับตัวรถ ออกแบบมีตู้เก็บเบรกภัณฑ์พร้อม  
ประตูแบบบานเลื่อนสลับ ขนาดประมาณ ๑๐๐ ซม.

คำสั่งจังหวัดครรภสีนา ที่ ๖๓๗๔ /๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๓ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐   จำนวน ๖๑ แผ่น   แผ่นที่ ๕	
คุณลักษณะเฉพาะ รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๕๐๐ ลิตร	
ผู้กำกับดูแล โรงพยาบาลแห่งรัฐนราธิวาส	
ผู้ตรวจสอบ	๑.นายดาลวิทย์ สุขุมพันธ์ ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการ
	๒.นางอนุรักษณ์ ประพงพันธ์ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
	๓.นายบริษน อ่องแจ่ม ตำแหน่ง เจ้าหนังงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (เวชกิจจารย์)

๑.๒๒ มีชุดแปลงไฟฟ้าจากไฟฟ้ากระแสตรง ๑๒ V เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ ๒๒๐ V. ๕๐ Hz. ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐๐ วัตต์ พร้อมปลั๊กไฟฟ้า ๒๒๐ V จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ชุด และมีปลั๊กไฟฟ้าแบบที่จุคบุหรี่ ๑๒ V. อย่างน้อย ๑ ชุด มีชุดสายพ่วงต่อแบบม้วนสำหรับใช้ไฟ ๒๒๐V. มีความยาวไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร พร้อมเต้าเสียบแบบม้ายดินในตัวจำนวนไม่ต่ำกว่า ๔ ช่อง

๑.๒๓ มีสวิทช์ตัดไฟฟ้า (Cut-Out) ห้องพยาบาลอยู่ในห้องคนขับเพื่อป้องกันการเปิดไฟทึ่งไว้โดยไม่ตั้งใจ

#### ๑.๒๔ ห้องพยาบาล

๑.๒๔.๑ ภายในห้องพยาบาล มีไฟแสงสว่างแบบทรงยาง หลอด LED ที่ให้แสงสว่างเพียงพอ ติดตั้งในตำแหน่งที่เหมาะสมจำนวนรวมไม่น้อยกว่า ๔ จุดในตำแหน่งรอยบั้งชั้น คือ ๒ จุด ข้างขวา, ๒ จุดข้างซ้ายแยกสวิทช์ปิด-เปิดได้

๑.๒๔.๒ พื้นห้องพยาบาลทำด้วยไฟเบอร์กลาส (GRP or FRP) มีแกน (core) เป็น PVC Form หรือ Polypropylene เป็นวัสดุที่ได้รับรองมาตรฐาน ขนาดหนามิ่นอยกว่า ๑ ซม.

๑.๒๕ ตามข้อ ๑.๑๕ ห้องอุบัติเหตุทั้งสองเชื่อมต่อด้วยระบบ Pipe Line ครบชุดแบบต่อคู่ทั้งสองห้อง เชื่อมกันและกันได้ด้วยห้องแรงดัน (ตามรายละเอียดหมวด ๖ ครุภัณฑ์การแพทย์ ข้อ ๑.๖)

๑.๒๖ ชุดเก้าอี้ม้านั่งเดี่ยวแบบเบาะนั่งและพนักพิงเป็นแบบเบาะหน้าสามารถปรับเบาะนั่งทางออกไปด้านหน้า และปล่อยพนักพิงลงมาแทนที่ได้ พร้อมเก้าอี้นั่งยาวแบบเบ็ดขึ้นได้โดยได้เบาะเก้าอี้ม้านั่งยาวสามารถเก็บของได้ และมีพนักพิงยึดตัวอยู่ที่ผนังในกรณีฉุกเฉิน เก้าอี้ทั้งสองสามารถปรับเป็นที่นอนของผู้ป่วยได้อีก ๑ คน พร้อมสามารถปรับตัวผู้ป่วย

๑.๒๗ มีชุดฐานสำหรับล็อกเตียงแบบเอียงรับเตียงเมื่อเข็นขึ้น - ลงจากด้านท้ายรถ โดยมีรางเป็นตัวทำด้วยสแตนเลส พร้อมตัวล็อกอัตโนมัติสำหรับยึดเตียงขึ้นและด้านข้างฐานเตียงมีที่สำหรับยึด Spinal Board ได้

๑.๒๘ บนหลังคารถด้านซ้าย-ขวา บริเวณส่วนหน้าและท้ายสุดของรถ (ส่วนรานหน้า) ติดตั้งคอมไฟสปอร์ตไลท์ ชนิดหลอดยาโลเจน ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๕ วัตต์ สามารถก้มเบยและหมุนซ้าย-ขวาได้ และภายในห้องพยาบาลส่วนท้ายสุดด้านบนติดตั้งคอมไฟสปอร์ตไลท์ชนิดปรับเอียงขึ้น-ลงได้ ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๕ วัตต์ โดยทั้งหมด มีสวิทช์ควบคุมชนิด ๒ ทางสามารถควบคุมการเปิด-ปิด ได้จากห้องคนขับและส่วนท้ายของห้องพยาบาล

คำสั่งจังหวัดนราธิวาส ที่ ๘๗๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐   จำนวน ๖๐ แผ่น		แผ่นที่ ๕
คุณลักษณะเฉพาะ รถพยาบาล (รถตู้) บริมาตรฐานสูงไม่ต่ำกว่า ๒,๕๐๐ ซีซี		
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเทพรัตน์นราธิวาส	๑.นายศาสต์ สุขพงษ์ไทย ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการ	วันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
	๒.นางอุสิกาณ พะพันธ์ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	วันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
	๓.นายบริชัน อ่องแจ่ม ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (ตรวจสอบรับ)	วันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

## ๒. คุณลักษณะทางเทคโนโลยี

๒.๑ ระบบเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ดีเซลไม่น้อยกว่า ๔ สูบ ปริมาตรความจุภายในกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ซีซี มีกำลังเครื่องยนต์สูบทวีไม่น้อยกว่า ๗๗ กิโลวัตต์

## ๒.๒ ระบบส่งกำลัง

๒.๒.๓ คลัทช์ เป็นแบบชนิดแห้ง แผ่นเดียว ควบคุมการทำงานด้วยไฮดรอลิก

๒.๒.๓ เกียร์ เป็นแบบเกียร์กระปุก ประกอบด้วยเกียร์เดินหน้า ๕ เกียร์ และเกียร์ถอยหลัง ๑ เกียร์

๒.๓ ระบบกันสะเทือน ล้อหน้าแบบปีกนกคู่ และทอร์ชั้นบาร์สปริงพร้อมเหล็กกันโคลง ล้อหลัง  
แบบช้อน และโช๊คอัพช่วย หรือคุณลักษณะพิเศษอื่นๆ ที่ต้องการ

๒.๔ ระบบพวงมาลัยขับด้านขวาแบบแรคเอนด์พินเนิร์ง พร้อมเพลาเวลรองไก่จะต้อง

๒.๕ ระบบห้ามล้อ ดิสเบรกกล้อหน้า ดรัมเบรกล้อหลัง หรือลิฟท์เรืองสีอ่อน

๒.๖ ระบบไฟฟ้าใช้เบตเตอรี่ขนาด ๑๒ โวลท์ ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เอมเปอร์ พร้อมทั้งอุปกรณ์และเครื่องไฟฟ้าสำรอง

๒.๗ ลือและย่างเป็นต้องได้มาตรฐานการผลิตจากโรงงานผู้ผลิต โดยย่างมีขนาดขอบไม่น้อยกว่า ๑๕ มิลลิเมตร และความกว้างห้าหน้าที่อยู่ในส่วนที่ต้องหันด้าน

๒.๔ ความยาวทั่วลักษณะ ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ เมตร

๓๗. จังหวัดเชียงใหม่ ๑๒๘๐ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐

ທະານຸ້າໄວ່ປະບວງຈາກເຮັດງານຜູ້ຜລຕຣຍນຕແລະນໍມາສະດົງໃນວັນຍືນເອກສາຮ  
ຟ ອົກປະກາດຢ່າວໂຄດລ້າງວິໄລວີ່ໄວ່

๓).๗).๗) ច សង្គមពីរមកទេសលើហេតុ តាមខ្លាតមាត្រវិធាន ៣ ឱ្យ

### ๓.๑.๒ ໝ່າຍເຮັດວຽກ

๓.๑.๓ ประจეกอุดลือ ๓ อัน

## គ្រប់គ្រងមិនត្រូវបានស្វែងរកដោយភ្លាម

### ๓.๑.๔.๑ ประเจูกาต่าย (๖ ตัว) ๑ ชุด

### ๓.๑.๔.๒ ประจำเดือน ( ๖ ตัว ) ๑ ชุด

๓.๗.๔.๓ ประจำเลื่อนขนาด ๘ นิ้ว ๑ อัน

### ๓.๑.๔.๔ ไขความขนาด ๖ นิ้ว

คำสั่งจังหวัดนราธิวาส ที่ ๖๗๗๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ จำนวน ๖๐ แผ่น	แผ่นที่ ๖							
คุณลักษณะเฉพาะ โรงพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระยะหักสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี								
ผู้กำหนด โรงพยาบาลเพทตันนราธิวาส								
<table border="1"> <tr> <td rowspan="3">ผู้ตรวจสอบ</td> <td>๑.นายศรีสวัสดิ์ สุขพงษ์ไทย ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการ <i>(M)</i></td> <td>วันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐</td> </tr> <tr> <td>๒.นางอรุณภักดิณ ทะมาแหพันธ์ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ <i>(P)</i></td> <td>วันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐</td> </tr> <tr> <td>๓.นายบริษัท อ่องแจ่ม ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (เวชกิจ)<i>(K)</i></td> <td>วันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐</td> </tr> </table>	ผู้ตรวจสอบ	๑.นายศรีสวัสดิ์ สุขพงษ์ไทย ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการ <i>(M)</i>	วันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐	๒.นางอรุณภักดิณ ทะมาแหพันธ์ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ <i>(P)</i>	วันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐	๓.นายบริษัท อ่องแจ่ม ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (เวชกิจ) <i>(K)</i>	วันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐	
ผู้ตรวจสอบ		๑.นายศรีสวัสดิ์ สุขพงษ์ไทย ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการ <i>(M)</i>	วันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐					
		๒.นางอรุณภักดิณ ทะมาแหพันธ์ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ <i>(P)</i>	วันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐					
	๓.นายบริษัท อ่องแจ่ม ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (เวชกิจ) <i>(K)</i>	วันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐						

๓.๑.๔.๖ คีมล็อก ๑๐ นิ้ว ๑ อัน

๓.๑.๔.๗ ช่องหรือกล่องเก็บเครื่องมือข้างต้น ๑ ใบ

๓.๑.๔.๘ คอมไฟส์ปอตไลท์พร้อมสายและปลั๊กเสียบ ๑ ชุด

๓.๑.๔.๙ เครื่องดับเพลิงน้ำยาเหลวระเบยชนิดไม่มีสาร CFC ขนาดไม่น้อยกว่า ๕ ปอนด์ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด

๓.๑.๖ เครื่องหมายฉุกเฉินสะท้อนแสงรูปสามเหลี่ยม ชนิดติดตั้งได้ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ชุด

๓.๑.๗ ตัวองคิดสติกเกอร์ตามมาตรฐานสากล และสติกเกอร์ลายคาด ๑ ชุด สีแดงส้มแบบสะท้อนแสงที่ภายนอกตัวรถ

๓.๑.๘ แสดงชื่อ สัญลักษณ์หน่วยงานตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด โดยการพ่นสี

๓.๑.๙ เชิ้มขัดนิรภัยทุกจุดที่นั่งและสายรัดเข็มขัดโดยตัวให้สามารถทำ CPR ได้สะดวก พร้อมราวดีจับสำหรับเจ้าหน้าที่และญาติ ที่มีความแข็งแรงและทนทาน

๓.๑.๑๐ เก้าอี้เคลื่อนย้ายผู้ป่วย (stair chair) จำนวน ๑ ตัว

๓.๑.๑๑ อุปกรณ์ทั้งหมดออกเหนือจากที่กำหนดได้ไว้ให้เป็นไปตามรูปแบบ (catalog) และ มาตรฐานของผู้ผลิต

๓.๒ วิทยุคมนาคม ระบบ VHF/FM ขนาดกำลังส่ง ๒๕ วัตต์ มีคุณลักษณะดังนี้

๓.๒.๑ เป็นเครื่องวิทยุคมนาคมระบบ VHF/FM ชนิดติดตั้งในรถยนต์

๓.๒.๒ เป็นเครื่องวิทยุคมนาคมที่ใช้งานได้ดี ในย่านความถี่ ๑๕๐ MHz ถึง ๑๗๐ MHz หรือ กว้างกว่า สามารถใช้งานได้ทั้งระบบ Simplex และ Semi Duplex

๓.๒.๓ ใช้กับไฟฟ้ากระแสตรง ๑๒ Volts จาก Battery

๓.๒.๔ มีของความถี่ในการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑๑ ช่อง

๓.๒.๕ RF Input/Output Impedance = ๕๐ Ohm.

๓.๒.๖ ต้องเป็นเครื่องแบบสั่งเคราะห์ความถี่ ตั้งความถี่ใช้งานโดยโปรแกรมความถี่

๓.๒.๗ เสถียรภาพทางความถี่ (Frequency Stability)  $\pm ๕$  PPM หรือน้อยกว่า

๓.๒.๘ แผ่นวงจรพิมพ์ (P.C.Board) ต้องทำด้วยวัสดุฉนวนคุณภาพดี แข็งแรงทนทานไม่แตกหักง่ายและต้องมีสัญลักษณ์ หรือรูป และตัวเลขกำกับชิ้นส่วนต่าง ๆ ของวงจร อิเล็กทรอนิกส์เพื่อสะดวกในการตรวจสอบบำรุงรักษา (หากไม่มีอยู่ในแผ่นวงจรพิมพ์ ต้องมีแสดงอยู่ในคู่มือการซ่อมบำรุง)

คำสั่งจังหวัดนราธิวาส ที่ ๖๗๙๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐   จำนวน ๖๐ แผ่น   แผ่นที่ ๗
คุณลักษณะเฉพาะ รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรระบบออกซูบไม่ต่ำกว่า ๒,๕๐๐ ลิตร
ผู้กำหนด โรงพยาบาลเพชรบันนราธิวาส
ผู้ตรวจสอบ
๑.นายศรีวัฒ ศุขพงษ์ไทย ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการ    วันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐
๒.นางอนุลักษณ์ ทะพeng พันธ์ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ    วันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐
๓.นายบริพัน อ่องแม่น ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (เวชภัชช์ภัชช์)   วันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐

- ๓.๒.๙ หน้าปัดเครื่องวิทยุคมนาคม มี Indicator แสดงขณะทำการส่งวิทยุ
- ๓.๒.๑๐ มีวงจร CTCSS (Continuous Tone Control Squelch System) ควบคุมการทำงานของเครื่องวิทยุคมนาคม
- ๓.๒.๑๑ เป็นผลิตภัณฑ์ ประเทศสหซูมเมริกาหรือทวีปยุโรปหรือประเทศญี่ปุ่น
- ๓.๒.๑๒ ภาคเครื่องส่ง
- ๓.๒.๑๒.๑ มีกำลังส่งออกอากาศ (RF Power Output) ไม่น้อยกว่า ๒๕ วัตต์
- ๓.๒.๑๒.๒ มีค่า Deviation-  $\pm 5$  kHz
- ๓.๒.๑๒.๓ มีค่า Audio Distortion ไม่เกิน ๑๐% เมื่อสัญญาณความถี่เสียงขนาด ๑ kHz ทำให้เกิด Deviation สูงสุด
- ๓.๒.๑๒.๔ มีค่า Spurious และ Harmonic Emission  $\leq - ๖๐$  db หรือดีกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับ Carrier
- ๓.๒.๑๒.๕ มีค่า FM Noise  $\leq - ๔๐$  db หรือดีกว่า
- ๓.๒.๑๓ ภาครับ
- ๓.๒.๑๓.๑ มีค่า Sensitivity  $\leq 0.๓$  pV หรือดีกว่า
- ๓.๒.๑๓.๒ มีค่า Spurious และ Image Rejection  $\leq - ๖๐$  dB
- ๓.๒.๑๓.๓ มีค่า Inter-modulation  $\leq - ๗๐$  dB
- ๓.๒.๑๓.๔ Audio Output ไม่น้อยกว่า ๐.๒ วัตต์ และมี Audio Distortion ไม่เกิน ๕%
- ๓.๒.๑๔ สายอากาศ
- ๓.๒.๑๔.๑ เป็นสายอากาศที่มีการกระจายคลื่นรอบตัว
- ๓.๒.๑๔.๒ มี GAIN ไม่น้อยกว่า ๓ dB
- ๓.๒.๑๔.๓ มี INPUT IMPEDANCE  $50$  Ohm
- ๓.๒.๑๔.๔ วัสดุที่ทำสายอากาศจะต้องมีน้ำหนักเบา ทนทานต่อสภาพดินฟ้าอากาศ
- ๓.๒.๑๔.๕ มีค่า VSWR  $\leq ๑.๕ : ๑$
- ๓.๒.๑๔.๖ มีอุปกรณ์ติดตั้งที่แข็งแรงทนทานไม่เป็นสนิมครับชุด พร้อมสายนำสัญญาณ
- ๓.๒.๑๕ อุปกรณ์ประกอบชุด
- ๓.๒.๑๕.๑ ไมโครโฟน จำนวน ๑ ชุด
- ๓.๒.๑๕.๒ สายอากาศที่มีคุณลักษณะตามข้อ ๓.๒.๑๔ จำนวน ๑ ชุด

คำสั่งจังหวัดนราธิวาส ที่ ๖๗๘/๑๔๖๐ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐		จำนวน ๕๗ แผ่น	แผ่นที่ ๘
คุณลักษณะเฉพาะ โรงพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรระบบอยู่ในต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ลิตร			
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล	นายศรีวัฒน์ สุขพงษ์ไทย ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการ	วันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐	
ผู้ตรวจสอบ	๒.นางอนุลักษณ์ ทะแพะพันธ์ ตำแหน่ง แพทย์ลิขิตพัฒนกุลกร	วันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐	
	๓.นายบริษัน อ่องนจั่น ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สารสนเทศสุขปฏิบัติงาน (เลขที่ ๖๗๘)	วันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐	

๓.๒.๑๕.๓ หนังสือคู่มือการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษจำนวน ๑ ชุด

๓.๒.๑๕.๔ หนังสือคู่มือตรวจสอบ แสดงหลักการทำงานของเครื่อง แสดงขั้นส่วน และลายแผ่นพิมพ์ซึ่งมีสัญลักษณ์หรือรูป และหมายเลขอ กับขั้นส่วน มีวงจรและวิธีการปรับจุนเครื่องเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ ชุด

### ๓.๒.๑๖ เงื่อนไข

๓.๒.๑๖.๑ ผู้เสนอราคาจะเป็นผู้ติดตั้งเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ตามที่ผู้ซื้อระบุ

๓.๒.๑๖.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องรับประกันคุณภาพของสินค้าในทุกราย ที่เกิดจากการใช้งานตามปกติอย่างน้อยเป็นเวลา ๑ ปี

๓.๒.๑๖.๓ ผู้เสนอราคารับรองว่ามีอะไรให้ของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ และไม่ผูกพันจะต้องซื้อจากผู้ขาย

๓.๒.๑๖.๔ ผู้ขายจะต้องแนบนำใช้งานให้กับเจ้าหน้าที่สามารถใช้งานได้ดี

๓.๒.๑๖.๕ ผู้ขายจะต้องดำเนินการขออนุญาตจากการไปรษณีย์โทรเลขที่ตัวเครื่องวิทยุจะต้องระบุเลข ปท. ที่ได้รับอนุญาต

### หมวด ๑ คุณลักษณะของครุภัณฑ์การแพทย์และเงื่อนไขเฉพาะ

#### ๑. ครุภัณฑ์การแพทย์

๑.๑ เตียงนอนสำหรับผู้ป่วยแบบมีล้อเข็น ๑ เตียง มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑.๑.๑ ตัวเตียงและโครงทำจากโลหะปลอกสนิม มีความแข็งแรงสามารถหัวใจได้ทันที โดยไม่ต้องใช้แผ่นกระดาษรองหลัง

๑.๑.๒ แผ่นรองตัวผู้ป่วยทำจากโลหะปลอกสนิมอย่างดี

๑.๑.๓ พนักพิงหลังเป็นระบบซีกอพช่วยยกตัวผู้ป่วยขึ้น - ลง สามารถปรับระดับได้ตั้งแต่ ๐ ถึงไม่น้อยกว่า ๗๐ องศา

๑.๑.๔ การปรับเปลี่ยนจากเตียงนอนเป็นรถเข็นสามารถทำได้สะดวกโดยเจ้าหน้าที่คนเดียว

๑.๑.๕ สามารถเข็นขึ้นรถพยาบาลได้ง่ายโดยเจ้าหน้าที่คนเดียว ขาเตียงคู่หน้าและคู่หลังมีตัวมีจับคันบังคับล้อ ให้พับกับฐานเตียงและเมื่อดึงเตียงลงจากรถล้อคู่หลังและล้อคู่หน้าจะการออกเรืองโดยอัตโนมัติ (Automatic Loading Stretchers)

คำสั่งจังหวัดนราธิวาสฯ ที่ ๘๗๗๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐		จำนวน ๔ แผ่น	แผ่นที่ ๙
คุณลักษณะเฉพาะ รถพยาบาล (รถคู่) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ลิตร			
ผู้กำหนด โรงพยาบาลเหหรัตน์นราธิวาสฯ			
ผู้ตรวจสอบ	๑.นายศราวุต สุขุมพิทย์ ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการ	๒๖	วันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐
	๒.นางอนุลักษณ์ ทะแพหันธ์ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	๒	วันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐
	๓.นายบริขัน อ่องแรม ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (เจ้าหน้าที่)		วันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐

- ๑.๑.๖ มีเบาะรองนอนตลอดความยาวของเตียงสามารถพับได้สะทາตามลักษณะของเตียงและถอนล้างทำความสะอาดได้ พร้อมสายรัดผู้ป่วยอย่างน้อย ๒ เส้น
- ๑.๑.๗ น้ำหนักเตียงไม่เกิน ๔๒ กิโลกรัม สามารถรับน้ำหนักผู้ป่วยได้ไม่น้อยกว่า ๑๖๐ กิโลกรัม
- ๑.๑.๘ มีที่เสียบเสาน้ำเกลือทั้งด้านซ้ายและขวา พร้อมเสากลีอจำนวน ๑ เสาสามารถปรับระดับสูงต่ำได้ และยึดติดกับโครงเตียงได้อาย่างมั่นคง
- ๑.๑.๙ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานจากประเทศหรือมาตรฐานอุตสาหกรรม หรือสถาบันรับรองมาตรฐานหรือหน่วยงานที่กระทรวงอุตสาหกรรมให้การรับรองระบบงานแล้วพร้อมแนบหลักฐานในวันนี้เอกสาร
- ๑.๒ ชุดล็อกศีรษะกับแผ่นกระดาษรองหลังผู้ป่วย (Head Immobilize) มีรายละเอียดดังนี้
- ๑.๒.๑ สามารถใช้ล็อกศีรษะผู้บาดเจ็บกับแผ่นกระดาษรองหลัง (Long Spinal Board) ได้อย่างมั่นคงโดยมีก้อนโฟมรูปทรงสี่เหลี่ยม ๒ ชิ้น สำหรับประคองด้านข้างศีรษะผู้บาดเจ็บและมีฐานรองสำหรับยึดติดกับแผ่นกระดาษรองหลัง
- ๑.๒.๒ ตัวก้อนโฟมในข้อ ๑.๒.๑ ทำจากโฟมหรือฟองน้ำ ภายนอกเคลือบด้วยโพลียูเลน เหลวทั้งชิ้นผิวโดยรอบเรียบเป็นชิ้นเดียว ไม่มีรู รอยປะ รอยต่อ ที่จะทำให้ของเหลวซึมผ่านเข้าไปทำให้เกิดความหมักหมมภายในได้ โดยด้านล่างของก้อนโฟมมีแผ่นนามเตยกับแบบปัตติด (Velcro fastener) สำหรับยึดติดกับฐาน
- ๑.๒.๓ ฐานรองในข้อ ๑.๒.๑ มีสายรัดสำหรับดึงโดยรอบแผ่นกระดาษรองหลังอย่างมั่นคง และมีแผ่นนามเตยกับแบบปัตติด (Velcro fastener) สำหรับยึดก้อนโฟม
- ๑.๒.๔ มีสายรัดจำนวน ๒ เส้น สำหรับยึดหน้าผากและคางผู้บาดเจ็บ
- ๑.๒.๕ ผิวสัมผัสมีชิ้นซับของเหลวสามารถถ่าง แข็ง ทำความสะอาดได้ทั้งชิ้น
- ๑.๒.๖ แสงเอกซเรย์สามารถผ่านได้ ไม่มีโลหะเป็นส่วนตัว
- ๑.๓ ชุดแผ่นรองหลังผู้ป่วย (Long Spinal Board) จำนวน ๑ ชุด มีรายละเอียดดังนี้
- ๑.๓.๑ ทำด้วยพลาสติก Polyethylene ทนแรงกระแทกและสามารถกันน้ำได้
- ๑.๓.๒ มีขนาดความยาวไม่น้อยกว่า ๑๘๓ ซม. มีความกว้างไม่น้อยกว่า ๔๑ ซม. มีความหนาไม่เกิน ๕ ซม. และหนักไม่เกิน ๗ กิโลกรัม
- ๑.๓.๓ สามารถรับน้ำหนักผู้ป่วยได้ไม่น้อยกว่า ๑๕๙ กิโลกรัม
- ๑.๓.๔ แสงเอกซเรย์สามารถผ่านได้ และสามารถรับน้ำหนักขณะทำ CPR ผู้ป่วยได้
- ๑.๓.๕ มีสายรัดผู้ป่วย ที่ปรับขนาดและมีอุปกรณ์ล็อกได้จำนวน ๓ เส้น

คำสั่งจังหวัดนราธิวาสฯ ที่ ๔๗๗๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ จำนวน ๒๑ แผ่น แผ่นที่ ๑๐
คณลักษณะเฉพาะ โรงพยาบาล (รถถัง) บริการระบบอกรถบุบเพื่อกว่า ๒,๔๐๐ ชีวี
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เนื่องจากมีภาระหนัก จึงแต่งตั้งให้ ๑๕๕ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
๑.นายชาล็อต สุขุมยิ่ง ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการ วันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐
๒.นางอนุสัตย์ ทะแพะพันธ์ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาระชำนาญการ วันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐
๓.นายบริชัน อ่องแจ่ม ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (เวชกิจจุลสิชิริ) วันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐

๑.๔ เครื่องดูดของเหลว

๑.๔.๑ ใช้ไดกับไฟฟ้ากระแสตรง ๓๒ โวลท์ และกระแสสลับ ๒๒๐ โวลท์ และมีเบตเตอร์แบบชาร์จไฟได้ภายในตัวเครื่อง มีหัวทิ้ง น้ำหนักเบาสามารถอุกสนามได้

๑.๔.๒ มีปุ่มควบคุมแรงดูด พร้อมมาตรวัดแสดงแรงดูด

๑.๔.๓ สามารถปรับแรงดูดสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ มิลลิบาร์ และอัตราการไหลของอากาศไม่น้อยกว่า ๒๗ ลิตร/นาที

๑.๔.๔ ภาชนะบรรจุของเหลวมีขนาดปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๙๐๐ มิลลิลิตร จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ใบ

๑.๔.๕ มีสายดูด (Suction Tubing) ยาวไม่น้อยกว่า ๑.๓ เมตร

๑.๔.๖ แบตเตอรี่ภายในตัวเครื่องเป็นแบบ ที่สามารถทำการชาร์จไฟได้ทันทีโดยไม่ต้องรอให้ไฟหมด

๑.๔.๗ เป็นผลิตภัณฑ์ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือทวีปยุโรปที่ได้รับมาตรฐานโดยระบุในแคตตาล็อก หรือในกรณีที่ไม่มีระบุแคตตาล็อก ให้ผู้เสนอราคาแนบใบรับรองมาในวันยื่นเอกสาร

๑.๔.๘ ผู้เสนอราคាដ้องแนบใบรับรองว่าจะจัดหาอุปกรณ์ได้ไม่น้อยกว่า ๕ ปี ในวันยื่นเอกสาร

๑.๕. เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดติดฝาผนัง จำนวน ๑ เครื่อง มีรายละเอียดดังนี้

๑.๕.๑ เป็นแบบ Wall Aneroid ติดตั้งยึดกับผนังห้องพยาบาล

๑.๕.๒ สามารถวัดความดันโลหิตได้จาก ๐-๓๐๐ มิลลิเมตรปอร์ต

๑.๕.๓ มีผ้าพันแขนสำหรับผู้ใหญ่และเด็กอย่างน้อยละ ๑ ชุด และผ้าพันขาผู้ใหญ่ ๑ ชุด ทุกชุดเป็นชนิดปะติด (Velcro fastener)

๑.๕.๔ สายยางต่อจากผ้าพันแขนเป็นแบบ Coiled Tubing ต้องมีความยาวไม่น้อยกว่า ๘ พุต

๑.๕.๕ ลูกยางสำหรับอัดลมผ้าพันแขน พร้อมลิ้นปิด-เปิด สะดวกต่อการควบคุม

๑.๕.๖ หูฟังจำนวน ๑ ชุด มีคุณลักษณะตามข้อ ๑.๙.๖ (หมวด ๔.)

๑.๕.๗ เป็นผลิตภัณฑ์ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือทวีปยุโรปที่ได้รับมาตรฐานโดยระบุในแคตตาล็อก หรือในกรณีที่ไม่มีระบุแคตตาล็อก ให้ผู้เสนอราคานำบินใบรับรองมาในวันยื่นเอกสาร

๑.๕.๘ ผู้เสนอราคាដ้องแนบใบรับรองว่าจะจัดหาอุปกรณ์ได้ไม่น้อยกว่า ๕ ปี ในวันยื่นเอกสาร

คำสั่งจังหวัดนราธิวาส ที่ ๒๗๓๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐   จำนวน ๖๐ แผ่น   แผ่นที่ ๑๑	
คุณลักษณะเฉพาะ โรงพยาบาล (รถเข้า) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ลิตร	
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล	
ผู้ตรวจสอบ	๑.นายศาสตร์ สุขพงษ์ไทย ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการ
	วันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐
	๒.นางอนุสัขณ์ ทะแพะพันธ์ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
	วันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐
	๓.นายบริษัน อ่องแจ่ม ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (เว็บจดหมายเห็น)
	วันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐

๑.๖ ชุดให้ Oxygen จำนวน ๑ ชุด เป็นชุดให้ Oxygen สำหรับใช้กับผู้ป่วย และขับดันเครื่องซ่อมหายใจอัตโนมัติที่ติดตั้งในรถยนต์พยาบาล มีคุณลักษณะและอุปกรณ์ประกอบดังต่อไป

๑.๖.๑ มี Flow meter และ Bubble jet Nebulizer จำนวน ๑ ชุด

๑.๖.๒ มีชุดปรับลดความดันกําของออกซิเจน (Oxygen Regulator) จาก ๒,๐๐๐ PSI เป็น

๕๐ PSI จำนวน ๒ ชุด ติดตั้งกับหัวออกซิเจนได้โดยสามารถเปิดใช้งานจากในรถได้สะดวก

๑.๖.๓ เดินท่อส่งออกซิเจนด้วยสายส่งออกซิเจน จำนวน ๒ เส้น มาเข้ากับバル์วสำหรับเลือกใช้งาน ซึ่งมีลักษณะการใช้งานได้ ๒ แบบ คือ

๑.๖.๓.๑ เปิดใช้ทางเดียวหนึ่ง หรือ

๑.๖.๓.๒ ปิดทั้ง ๒ ทาง เมื่อไม่ได้ใช้งาน ติดตั้งอยู่บริเวณแห่งควบคุมโดยเมื่อเลือกใช้ทางหนึ่ง จะปิดอีกทางหนึ่งไปตัวเพื่อการใช้งานได้โดยสะดวก

๑.๖.๔ ถัดจากバル์วเลือกควบคุม เดินด้วยสายออกซิเจนผ่านมายัง Pressure Gauge เพื่อแสดงให้ทราบถึงแรงดันในท่อส่งออกซิเจนติดตั้งที่แห่งควบคุมให้เห็นได้อย่างชัดเจน

๑.๖.๕ ต่อจาก Pressure Gauge เดินด้วยสายออกซิเจนมาที่ Low Pressure Alarm ซึ่งเป็นอุปกรณ์สำหรับเตือนด้วยเสียงเมื่อความดันต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ ซึ่งทำให้สามารถรู้ได้ว่าท่อออกซิเจนที่ใช้งานอยู่ใกล้หมด โดยไม่ต้องดู Pressure Gauge อุปกรณ์เตือนนี้ทำงาน ด้วยระบบไฟฟ้าจากรถยนต์ ชนิด ๑๒ VDC (จากข้อ ๑.๖.๔ และข้อ ๑.๖.๕ สามารถแสดงค่าด้วยเบิม หรือตัวเลขดิจิตอล)

๑.๖.๖ ต่อจาก Low pressure Alarm เดินท่อออกซิเจนเข้าไปในแห่งควบคุมแล้วแยกด้วยข้อแยกเป็น ๒ ทาง

โดยทางที่ ๑ ไปออกที่ Flow meter และชุดให้ความชื้น เพื่อให้ผู้ป่วย

โดยตรงทางที่ ๒ ไปออกที่แป้น Outlet เพื่อใช้ต่อ กับเครื่องซ่อมหายใจอัตโนมัติ ต่อไป

๑.๖.๗ สายออกซิเจนทั้งหมดเป็นสายชนิดพิเศษที่ถูกออกแบบมาให้ใช้กับกําช่องออกซิเจนโดยตรงและมีหลักฐานรับรองหรืออัญลักษณ์ระบุที่ด้วยสายอย่างชัดเจนจากผู้ผลิต ในกรณีที่ต้องเดินสายออกซิเจนผ่านหรือเข้าใกล้ห้องเครื่องยนต์ให้ใช้ห้องดังไร้ตะเข็บทนแรงดัน ถูกออกแบบมาให้ใช้กับกําช่องออกซิเจนโดยตรง

คำสั่งจังหวัดนราธิวาสฯ ที่ ๒๗๓๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๗ มกราคม ๖๘๖๐	จำนวน ๖๐ แผ่น	แผ่นที่ ๑๒
คุณลักษณะเฉพาะ รถพยาบาล (รถตู้) บริมาตรฐานสูงไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี		
ผู้กำกับดู管 โรงพยาบาลเพชรบันนราธิวาสฯ		
ผู้ตรวจสอบ	๑.นายศานต์ สุขพงษ์ไทย ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการ	วันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐
	๒.นางอนุลักษณ์ ทะแพพันธ์ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	วันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐
	๓.นายบริษัน อ่องแจ่ม ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (เงินกิจกรรม)	วันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐

- ๓.๗ ชุดช่วยหายใจชนิดใช้มือบีบสำหรับเด็ก ๑ ชุด และผู้ใหญ่ ๑ ชุด ประกอบด้วย
- ๓.๗.๑ ถุงลมสำหรับบีบอากาศช่วยหายใจผลิตจากยางซิลิโคน จำนวน ๑ ชิ้น
- ๓.๗.๒ ท่อหรือถุงสำรองออกซิเจน จำนวน ๑ ชิ้น (Reservoir Bag)
- ๓.๗.๓ หน้ากากครอบปากและจมูก ผลิตจากยางซิลิโคน แบบปรับใส่ จำนวน ๓ ชุด  
ขนาดละ ๑ อัน
- ๓.๗.๔ ท่อสายป้องกันคนไข้กัดลิ้น (Air way) ผู้ใหญ่ ๓ อัน เด็ก ๒ อัน
- ๓.๗.๕ กล่องบรรจุอุปกรณ์การใช้งานทั้งหมด
- ๓.๗.๖ เป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศสหรัฐอเมริกา หรือทวีปยุโรป
- ๓.๘ เครื่องส่องกล่องเสียง (Laryngoscope) จำนวน ๑ เครื่อง โดยมีอุปกรณ์ต่อไปนี้
- ๓.๘.๑ ด้ามถือพร้อมแผ่นส่องตรวจเป็นโลหะไร้สนิม
- ๓.๘.๒ มีแผ่นส่องตรวจ (Blade) เป็นโลหะปลอกสนิม
- ๓.๘.๓ มีกล่องแข็งเก็บอย่างดี มีช่องแยกเป็นสัดส่วนของอุปกรณ์แต่ละชิ้น
- ๓.๘.๔ เป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศสหรัฐอเมริกา หรือทวีปยุโรป
- ๓.๙ ชุดป้องกันกระดูกคอเคลื่อน (Cervical collar) จำนวน ๑ ชุด มีรายละเอียดดังนี้
- ๓.๙.๑ โครงภายนอกเป็นพลาสติก ส่วนภายในเป็นโฟมอ่อน
- ๓.๙.๒ ประกอบด้วยสายรัดแบบปะติด (Velcro Fastener)
- ๓.๙.๓ เป็นชนิดปรับขนาดตามความยาวของคอผู้ป่วยได้
- ๓.๙.๔ ส่วนหน้ามีช่องสำหรับการเจาะหลอดลม
- ๓.๙.๕ ใน ๑ ชุด มี ๒ ขนาด สำหรับผู้ใหญ่และเด็ก อย่างละ ๑ ชิ้น
- ๓.๙.๖ เป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ ยุโรป หรือญี่ปุ่น
- ๓.๑๐ ชุดเพื่อกลม (Vacuum splint set) จำนวน ๑ ชุด มีรายละเอียดดังนี้
- ๓.๑๐.๑ โครงสร้างทำจาก Vinyl ภายในบรรจุเม็ดโฟมซึ่งจะแข็งตัวเมื่อติดลมออก และไม่บีบกดร่างกาย
- ๓.๑๐.๒ มีปุ่มปิดเปิดลม
- ๓.๑๐.๓ มีสายรัด สำหรับใช้รัดหรือห่อชุดอุปกรณ์กับร่างกาย
- ๓.๑๐.๔ แสงเอกซเรย์สามารถผ่านได้
- ๓.๑๐.๕ มี ๒ ขนาด สำหรับใช้งานที่ ขา-แขน
- ๓.๑๐.๖ มีที่สูบลมทำจากวัสดุอลูมิเนียม
- ๓.๑๐.๗ มีถุงผ้าอย่างดี จำนวน ๑ ใบ สำหรับใส่อุปกรณ์ทั้งหมด

คำสั่งจังหวัดนราธิวาส ที่ ๗๓๗๔/๒๐๕๖๐ ลงวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๐		จำนวน ๖๐ แผ่น	แผ่นที่ ๑๓
ศูนย์ลักษณะเฉพาะ โรงพยาบาล (รถตู้) บริษัทกรุงศรีแอร์ฟอร์ส จำกัด กว่า ๒,๔๐๐ ชีวี			
ผู้ดำเนินการ โรงพยาบาลแห่งนราธิวาส	๑.นายศักดิ์ สุขุมพัฒน์ ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการ	วันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐	
ผู้ตรวจสอบ	๒.นางสาวนุลักษณ์ ยะแพพันธ์ ตำแหน่ง พยาบาลสหัชพัฒนาภูมิการ	วันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐	
	๓.นายบริขิน อ่องแจ่ม ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (เวชที่ดูแลเด็ก)	วันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐	

- ๑.๑๑ อุปกรณ์ตามหลังชนิดสั้น (Kendrick Extrication Device) สำหรับตามหลังผู้ได้รับบาดเจ็บที่ยังติดอยู่ในชาร์ด หรือใช้adam客จุดกใช้กรานผู้บาดเจ็บประกอบด้วยแท่งไม้หรือวัสดุป้องแสงเรียงกันเป็นแผงเชื่อมต่อกันและหุ้มด้วยวัสดุผ้าหรือพลาสติกหรือหนังเทียม มีรูปทรงสอดคล้องกับร่างกายท่อนบนมีส่วนยื่นโอบรัดส่วนศีรษะและส่วนลำตัว มีรายละเอียดดังนี้
- ๑.๑๑.๑ ตัวเฟิร์กมีความสูงไม่น้อยกว่า ๘๐ ซม. กว้างไม่น้อยกว่า ๘๐ ซม.
- ๑.๑๑.๒ มีเข็มขัดรัดตัวผู้ป่วย ๓ เส้น แต่ละเส้นมีสีแตกต่างกัน และมีสายรัดตัวชา ๒ เส้น
- ๑.๑๑.๓ บริเวณศีรษะมีหนามเตยสามารถติดสายรัดหน้าผากและคงของผู้บาดเจ็บให้ยึดติดกับตัวเฟิร์กได้
- ๑.๑๑.๔ มีหมอนสำหรับรองหลังศีรษะในกรณีเหลือช่องว่าง
- ๑.๑๑.๕ แสดงอัตราการเต้นหัวใจด้วยไฟฟ้าขันดิบ Biphasic พร้อมจอภาพพร้อมอุปกรณ์ มีคุณสมบัติตามข้อกำหนด
- ๑.๑๑.๖ วัตถุประสงค์การใช้งาน เป็นเครื่องกระตุนหัวใจด้วยไฟฟ้า ชนิด Biphasic ใช้สำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะวิกฤตพร้อมชุดติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
- ๑.๑๑.๗ คุณลักษณะทั่วไป
- ๑.๑๑.๗.๑ เป็นเครื่องกระตุนหัวใจให้กลับทำงานได้อย่างปกติโดยใช้ไฟฟ้าสามารถติดตามการทำงานของหัวใจทางจอภาพแบบ Color TFT LCD และมีระบบบันทึกสัญญาณลงกระดาษ
- ๑.๑๑.๗.๒ มีระบบชาร์จพลังงานอัตโนมัติ เมื่อเลือกใช้ใน AED Mode (Automated External Defibrillation) และมีเสียงพูดอัตโนมัติ (Voice prompt)
- ๑.๑๑.๗.๓ สามารถเพิ่มเติมระบบวัดปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด ( $\text{SpO}_2$ ) , ก้าวครั้งบันไดออกไซด์ ( $\text{CO}_2$ ) ได้เมื่อต้องการในภายหลัง
- ๑.๑๑.๗.๔ ตัวเครื่องมีขนาดกะทัดรัด มีหูหิ้ว เคลื่อนย้ายได้สะดวก
- ๑.๑๑.๗.๕ มีช่องสำหรับเสียบ SD Card เพื่อเก็บข้อมูลต่างๆ เช่น คือ Defibrillation Report , Recorded Alarm/Event Report, AED Analysis Report โดยเพิ่มชุดเก็บข้อมูล (Memory Card) ได้ในภายหลัง
- ๑.๑๑.๗.๖ สามารถเพิ่ม Paddle สำหรับ Pediatric ได้ในภายหลังเมื่อต้องการ

คำสั่งจังหวัดนราธิวาสฯ ที่ ๖๗๗๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐   จำนวน ๖๐ แผ่น   แผ่นที่ ๑๔	
คุณลักษณะเฉพาะ โรงพยาบาล (รถตู้) บริมาตรฐานสูงไม่ต่ำกว่า ๙๕๐๐ ชีวี	
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล (รถตู้) นราธิวาสฯ	
ผู้ตรวจสอบ	๑.นายศานต์ สุขพงษ์ไทย ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการ ๒.นางอนุสัมณ์ หะแหงพันธ์ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ๓.นายบริษัท อ่องสมจุ่ม ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานสารสนเทศศูนย์ปฏิบัติงาน (เวชภัฏเดิน)
	วันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐
	วันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐
	วันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐

๑.๓๓.๓.๗ ใช้กระแสไฟฟ้าสัลบ์ ๒๒๐V . ๕๐ Hz และมีแบตเตอรี่ ชนิด Nickel-metal Hydride ขนาด ๑๖ V อุปกรณ์ภายในตัวเครื่อง

๑.๓๓.๓.๘ มีมาตรฐานความปลอดภัยของ IEC ๖๐๖๐๑-๑ , ๖๐๖๐๑-๒-๔

๑.๓๓.๓.๙ เป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศไทย ปูน หรือทวีปอเมริกา หรือทวีปยุโรป

๑.๓๓.๔ คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค

#### ๑.๓๓.๔.๑ ภาคแสดงผล

- (๑) จอภาพแบบ Color TFT LCD ขนาดไม่น้อยกว่า ๕.๗ นิ้ว
- (๒) สามารถแสดงรูปคลื่นไม่น้อยกว่า ๒ รูปคลื่น
- (๓) สามารถเลือกความเร็วในการวัดรูปคลื่นได้ไม่น้อยกว่า ๔ ระดับ  
ตั้งนี้ ๑.๒๕, ๑๒.๕, ๒๕ และ ๕๐ มิลลิเมตร/วินาที

#### ๑.๓๓.๔.๒ ภาคกระตุนหัวใจผู้ป่วย

- (๑) เป็นเครื่องกระตุนหัวใจด้วยไฟฟ้าที่มี Output Waveform แบบ Biphasic  
(First Phase : Truncated Exponential, Second Phase : Constant Power)

(๒) ใช้เวลาในการชาร์จที่ ๒๗๐ จูลส์ไม่เกิน ๕ วินาที และ ที่ ๒๐๐ จูลส์ ไม่เกิน ๓ วินาที โดยใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ

(๓) สามารถเลือกตั้งพลังงานที่ปล่อยออกไปกระตุนหัวใจหน่วยเป็น จูลส์ (Joules) ตามค่ามาตรฐานตั้งแต่ ๒, ๓, ๕, ๗, ๑๐, ๑๕, ๒๐, ๓๐, ๕๐, ๗๐, ๑๐๐, ๑๕๐, ๒๐๐ และ ๒๗๐ จูลส์

(๔) มีสัญญาณบอกภาวะหน้าที่สัมผัสของ PADDLES ๓ ระดับ สีแดง เหลือง เขียว

(๕) สามารถทดสอบการปล่อยพลังงานได้และทดสอบระบบของเครื่อง ภายใต้

(๖) จอภาพสามารถแสดงค่าตัวเลขของพลังงานไฟฟ้าที่ตั้งไว้ก่อน นำไปใช้กระตุนหัวใจได้

(๗) มีระบบ Synchronization Trigger

(๘) สามารถควบคุมการอัดประจุไฟฟ้าที่ต้องการในการกระตุนหัวใจได้ จากตัวเครื่องและจาก Paddle

(๙) มีระบบคืนกลับของรูปคลื่นไฟฟ้าหัวใจหลังจากการกระตุกหัวใจ (Base Line Recovery Time) ไม่น่ากว่า ๓ วินาที

คำสั่งจังหวัดนครราชสีมา ที่ ๒๒๓๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐	จำนวน ๖๗ แผ่น	แผ่นที่ ๑๕
คุณลักษณะเฉพาะ โรงพยาบาล (รถตู้) ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๕๐๐ ซีซี		
ผู้กำหนด โรงพยาบาลเพรชั่นนิคราชสีมา		
ผู้ตรวจสอบ	๑.นายศานต์ สุขพงษ์ไทย ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการ	วันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
	๒.นางอนุลักษณ์ ทะแพงพันธ์ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	วันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
	๓.นายบริขัน อ่องนรน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (เจ้าหน้าที่)	วันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(๑๐) ระบบชาร์จพลังงานอัตโนมัติ AED (Automated External Defibrillation)

เมื่อเกิด VT/VF

๑.๓.๔.๓ ภาคติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจผู้ป่วย

(๑) สามารถติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจผู้ป่วยได้จากการต่อ Paddle, Patient Cable

(๒) สามารถติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจที่ Lead I,II,III โดยใช้ Electrode Lead แบบ ๓ สายได้

(๓) มีตัวเลขแสดงอัตราการเต้นของหัวใจบนจอภาพ และสามารถแสดงค่าในระหว่าง ๑๕ ถึง ๓๐๐ ครั้ง/นาที

(๔) สามารถปรับเกณฑ์ของรูปคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบ Manual สามารถปรับได้ตั้งแต่ ๑/๒ ,๑,๒,๔ และ Auto

(๕) มีการตอบสนองความถี่ ขณะใช้ ECG ELECTRODE ในช่วง ๐.๐๕ ถึง ๗๐ Hz

(๖) มีระบบ AC FILTER

๑.๓.๔.๔ ภาคบันทึกผล

(๑) ใช้กระดาษบันทึกแบบพับและแบบม้วน ขนาดกว้าง ๕๐ มิลลิเมตร สามารถบันทึกรูปคลื่นไม่น้อยกว่า ๒ ช่องสัญญาณ

(๒) ความเร็วของกระดาษ ๒๕ , ๕๐ มิลลิเมตร/วินาที

(๓) สามารถบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Defibrillation Report) ก่อนทำการกระตุนหัวใจ ๘ วินาที และหลังทำการกระตุนหัวใจอีก ๑๒ วินาที ได้ไม่น้อยกว่า ๔๐ ไฟล์

(๔) มี Trend Recording สามารถบันทึก HR และ SpO<sub>2</sub> Trend Graph โดยสามารถเก็บได้ที่ ๒๕ ชั่วโมง

(๕) มีระบบ Alarm Event Recording , Defibrillation Report Recording และ AED Analysis Report Recording

๑.๓.๔.๕ อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน

(๑) ECG Cable แบบ ๓ สาย ๑ ชุด

(๒) Disposable Electrode ๓๐ ชิ้น

(๓) กระดาษบันทึกผล ๑ ม้วน

(๔) สายไฟ AC ๑ เส้น

(๕) ครีมสำหรับกระตุกหัวใจ ๑ หลอด

คำสั่งจังหวัดครรราชสีมาที่ ๑๗๗๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐	จำนวน ๖๐ แผ่น	แผ่นที่ ๑๖
คุณลักษณะเฉพาะ โรงพยาบาล (รถดู) บริมาตรฐานสูงไม่ต่ำกว่า ๒,๕๐๐ ชีซี		
ผู้กำหนด โรงพยาบาลเหพรัตน์ครรราชสีมา		
ผู้ตรวจสอบ	๑.นายศรัณย์ สุขุมย์ไทย ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการ ๒.นางอนุลักษณ์ ทะแพะพันธ์ ตำแหน่ง พยาบาลชั้นวิชาชีพชำนาญการ ๓.นายบริษัท อ่องแจ่ม ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (เจ้าหน้าที่เดิน)	วันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ วันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ วันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐

๑.๓๔ รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ เครื่องช่วยหายใจแบบอัตโนมัติ

๑.๓๔.๑ คุณลักษณะที่นำไป เป็นเครื่องช่วยหายใจแบบอัตโนมัติ มีขนาดกะทัดรัดเหมาะสม สำหรับการใช้งานลำเลียงผู้ป่วย หรือใช้ในกรณีฉุกเฉิน โดยสามารถปรับตั้งอัตราหายใจ และปริมาตรอากาศในการหายใจเข้า-ออกได้

๑.๓๔.๒ คุณลักษณะเฉพาะ

๑.๓๔.๒.๑ เป็นเครื่องช่วยหายใจที่มีขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา สามารถใช้สำหรับการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยได้สะดวก ตัวเครื่องทำจากวัสดุชนิด ABS ซึ่งทนต่อแรงกระแทกและแรงสั่นสะเทือนได้ถึง ๑๐๐ G

๑.๓๔.๒.๒ เครื่องช่วยหายใจสามารถปรับและควบคุมปริมาตรอากาศในการหายใจเข้า-ออก (Tidal Volume) และอัตราการหายใจ (Breath Per Min) ได้

๑.๓๔.๒.๓ มีภาคการแสดงผลสำหรับค่าอัตราการหายใจ และค่าแรงดันภายในทางเดินหายใจ (Airway Pressure) เป็นชนิด LED สามารถมองเห็นได้ชัดเจนในเวลากลางวันและกลางคืน

๑.๓๔.๒.๔ สามารถปรับตั้งค่าปริมาตรอากาศที่ใช้หายใจเข้า - ออก (Tidal Volume) โดยใช้ปุ่มหมุนที่อยู่ทางด้านหน้าเครื่อง และสามารถปรับตั้งไม่น้อยกว่า ๒๐๐-๑,๒๐๐ ml.

๑.๓๔.๒.๕ สามารถตั้งค่าอัตราการหายใจของผู้ป่วยได้ ตั้งแต่ ๕-๓๐ ครั้งต่อนาที และสามารถกำหนดเวลาในการหายใจเข้าเป็น ๑ วินาที หรือ ๒ วินาทีได้ โดยมีค่าอัตราการไหลของก๊าซตั้งแต่ ๑๒-๓๖ LPM

๑.๓๔.๒.๖ มีระบบ Assist3-control ในกรณีที่ผู้ป่วยเริ่มหายใจได้เอง โดยมีค่า Trigger น้อยกว่า 2 cm H2O



๑.๓๔.๒.๗ เครื่องสามารถทำงานได้โดยใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ขนาด D จำนวน ๒ ก้อน เพื่อกำหนดค่าอัตราการหายใจและสัญญาณเตือน และสามารถใช้งานได้ต่อเนื่องนาน ๔๘ ชั่วโมง เมื่อกำหนดค่าอัตราการหายใจไม่เกิน ๑๐ ครั้ง/นาที

๑.๓๔.๒.๘ มีระบบสัญญาณเตือน เมื่อเกิดความผิดปกติ ดังต่อไปนี้

(๑) High airway pressure alarm

(๒) Low airway pressure/patient Disconnect alarm

(๓) Low source gas alarm

คำสั่งจังหวัดนราธิวาส ที่ ๘๗๓๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐   จำนวน ๖๐ แผ่น   แผ่นที่ ๑๗	
คุณลักษณะเฉพาะ โรงพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรของอากาศไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ลิตร/นาที	
ผู้กำกับนัด โรงพยาบาลเพทตันนราธิวาส	
ผู้ตรวจสอบ	๑.นายศราวัต สุขวงศ์ไทย ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการ  วันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
	๒.นางอนุลักษณ์ พะพันธ์ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  วันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
	๓.นายบริษัน อ่องแสง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (เวชกรฉุกเฉิน)  วันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(๔) Low battery alarm

๑.๑๔.๒.๙ มีสวิทซ์สำหรับปิด-เปิดการทำงานของเครื่อง อยู่ทางด้านหน้า  
มองเห็นได้ชัดเจน

๑.๑๔.๒.๑๐ อุปกรณ์ประกอบมาตรฐาน

(๑) สายท่อออกซิเจนแบบบนแรงดันสูง ๑ เส้น

(๒) ชุดสายช่วยหายใจแบบนำกลับมาใช้ซ้ำได้ (Reusable  
breathing circuit ) ๑ ชุด

(๓) หน้ากากช่วยหายใจ ๑ อัน

๑.๑๔.๒.๑๑ เป็นผลิตภัณฑ์ ประเทศไทยหรืออเมริกา หรือ กลุ่มประเทศญี่ปุ่น  
ตัววันเดียว

๕.เงื่อนไขเฉพาะ

๕.๑ สำหรับตัวรถยนต์

๕.๑.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิตโดยตรงหรือผู้นำเข้าโดยตรงหรือตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการ  
แต่งตั้ง จากบริษัทผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าโดยตรง หรือเป็นผู้ประกอบธุรกิจพยาบาลที่มี  
ประสบการณ์ในการต่อรองพยาบาล

๕.๑.๒ ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิตบุคคล

๕.๑.๓ ผลิตภัณฑ์ที่เสนอต้องสอดคล้องกับมาตรฐานเลขที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
กรุงเทพอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๓๗๙ (พ.ศ.๒๕๔๗) ตามประกาศ

๕.๑.๔ รับประกันคุณภาพ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร(หนึ่งแสนกิโลเมตร)หรือระยะเวลา ๒๔ เดือน นับ  
แต่วันรับมอบของครบเป็นต้นไป สุดแต่อย่างใดจะถึงก่อน หากมีการชำรุดเสียหาย ในกรณี  
ใช้งานตามปกติ ผู้ขายรับผิดชอบซ่อมแซมเปลี่ยนชิ้นส่วนและอะไหล่ให้โดยไม่คิดมูลค่าเว้น  
แต่กรณีเกิดอุบัติเหตุหรือภัยธรรมชาติ

๕.๑.๕ มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาเป็นภาษาไทยตามมาตรฐานของผู้ผลิตจำนวน ๑ ชุด  
ต่อ ๑ คัน

๕.๑.๖ มีแผนผังการเดินสายไฟฟ้าและท่อออกซิเจนทั้งหมดในส่วนของห้องพยาบาลโดยแนบมากับ  
เอกสารในวันยื่นเอกสาร

๕.๑.๗ ผู้เสนอราคาต้องเตรียมพื้นที่และอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับติดตั้งอุปกรณ์การแพทย์เพิ่มเติม  
๒ รายการ คือ เครื่องช่วยหายใจแบบอัตโนมัติ และเครื่องกระตุกหัวใจแบบมือจราภิค และ  
มีเครื่องบันทึกในบริเวณด้านข้างของตัวรถซึ่งระดับอกของผู้ป่วย

คำสั่งจังหวัดคุณคราษีมา ที่ ๒๐๗๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐   จำนวน ๖๐ แผ่น   แผ่นที่ ๑๘
คุณลักษณะเฉพาะ โรงพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรระบบอุ่นไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ลิตร
ผู้ดำเนิน โรงพยาบาลเพชรบูรณ์คุณคราษีมา
ผู้ตรวจสอบ
๑.นายคานวต สุขพงษ์ไทย ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการ
๒.นางอนุลักษณ์ ยะแพะ พันธ์ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๓.นายบริจัน อ่องแจ่ม ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (เวลาวิจารณ์)

๕.๓.๔ ผู้ขายต้องให้บริการบำรุงรักษารถพยาบาลฉุกเฉินโดยไม่คิดมูลค่า ค่าแรง ภัยในระยะเวลา  
หรือระยะทางที่ศูนย์บริการมาตรฐานตามข้อ ๕.๓.๔

๕.๓.๕ รถพยาบาลฉุกเฉินที่ส่งมอบต้องพ่นวัสดุกันสนิม โดยมีหนังสือรับรองการประกันสนิมไม่  
น้อยกว่า ๕ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กม. โดยพนักงานที่ดำเนินการต่าง ๆ ของตัวรถ ดังนี้

๕.๓.๕.๑ ภัยในประทุรรถและตามบล็อกตัวถังรอบคัน

๕.๓.๕.๒ บริเวณห้องเครื่องและตามตะขอเข็ป

๕.๓.๕.๓ บังคคลนและใต้ท้องรถ

#### ๕.๔ เครื่องปรับอากาศ

๕.๔.๑ อุปกรณ์ชิ้นส่วนที่ติดตั้งต้องเป็นชิ้นส่วนอุปกรณ์ใหม่ทุกชิ้นที่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

๕.๔.๒ รับประกันคุณภาพอย่างน้อย ๑๒ เดือน นับแต่วันที่คณะกรรมการตรวจรับของเป็นที่  
เรียบร้อยแล้วเป็นต้นไป

#### ๕.๕ สำหรับครุภัณฑ์การแพทย์

๕.๕.๑ ครุภัณฑ์การแพทย์ต้องเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานหรือใช้ในการสาธิตมาก่อน

๕.๕.๒ ผู้เสนอราคายังยืน แคดตาล็อกตัวจริงหรือแบบรูป แสดงด้วยห้อ, รุ่น, ประเทศผู้ผลิตของ  
ครุภัณฑ์การแพทย์ ในหมวด ๑. มาทั้งหมดในวันยื่นเอกสาร

๕.๕.๓ หากเกิดการชำรุดขัดข้องภายในระยะเวลา.rับประกันและทำการแก้ไขแล้วถึง ๒ ครั้ง ผู้ขาย  
ต้องนำชิ้นส่วน หรืออะไหล่ใหม่มาเปลี่ยนให้โดยไม่คิดมูลค่า

๕.๕.๔ จัดฝึกอบรมบุคลากรของหน่วยงานที่ใช้ในการใช้งานและบำรุงรักษาครุภัณฑ์การแพทย์ รุ่น  
(Model) ที่ส่งมอบโดยไม่คิดมูลค่า

๕.๕.๕ มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

๕.๕.๖ ผู้ขาย จะต้องทำหนังสือรับประกันคุณภาพเป็นเวลาอย่างน้อย ๑๒ เดือน ให้แก่ผู้ซื้อ  
นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการตรวจรับของเรียบร้อยแล้ว

๕.๕.๗ อุปกรณ์และเครื่องมือครุภัณฑ์การแพทย์ชิ้นวิเศษฉุกเฉินที่ออกแบบให้ยึดติดกับตัวถังรถ  
ต้องยึดติดได้อย่างมั่นคงแข็งแรงไม่หลุดง่ายขณะรถกำลังขับเคลื่อน

๕.๕.๘ มีหนังสือรับรองคุณภาพจากบริษัทผู้แทนจำหน่ายครุภัณฑ์การแพทย์แบบมาตราฐานเมื่อเวลา  
ส่งมอบ

๕.๕.๙ ผู้เสนอราคากำต้องส่งรูปแบบ (Shop Drawing) ทั้งภายนอกและภายใน ที่แสดงตำแหน่งอุปกรณ์ครุภัณฑ์  
การแพทย์ตามข้อกำหนด พร้อมตัวอย่างวัสดุที่ใช้ทำห้องพยาบาลแบบในวันยื่นเอกสาร

คำสั่งจังหวัดนราธิวาส ที่ ๗๓๗๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐   จำนวน ๖๐ แผ่น   แผ่นที่ ๑๙	
คุณลักษณะเฉพาะ รถพยาบาล (รถตู้) บริมาตรฐานสูงไม่ต่ำกว่า ๗๕๐๐ ซีซี	
ผู้กำหนด โรงพยาบาลเพชรตันนราธิวาส	
ผู้ตรวจสอบ	๑.นายกาฬวัฒ ลุหะพงษ์ไทย ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการ ๒.นางอุสุลักษณ์ ทะแพะพันธ์ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ๓.นายบริษัน อ่องแจ่ม ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สารสนเทศสุขปฏิบัติงาน (เวชบริการ) 
	วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐
	วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐
	วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

๕.๕ โรงพยาบาลฉุกเฉินต้องอยู่ในสภาพใช้งานได้ทันทีและมีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง โดยตรวจสอบจากมาตรา  
วัดในวันตรวจรับ

๕.๖ ในกรณีที่แคดต้าล็อกมีหลายรุ่น (Model) และ/หรือ Option ผู้เสนอราคาต้องระบุให้ชัดเจน โดยพิมพ์เป็น  
รายการว่าจะส่งมอบรุ่นและ/หรือ Option ใด

๕.๗ ผู้เสนอราคาต้องทำเครื่องหมายขั้ดเจนที่แคดต้าล็อกกว่าตrong กับตามคุณลักษณะเฉพาะข้อใดทุกข้อ

๕.๘ ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการจดทะเบียนทั้งหมด

๕.๙ วันส่งมอบรถยนต์ ต้องจัดทำประกันภัยรถยนต์ ประเภทภาคบังคับ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง

ผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ และต้องทำประกันภัยรถยนต์ประเภทภาคสมัครใจ ( ประเภท ๓ )

คำสั่งจังหวัดนราธิวาส ที่ ๗๗๔๔๔ /๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐		จำนวน ๖๐ แผ่น	แผ่นที่ ๑๐
คุณลักษณะเฉพาะ โรงพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๕๐๐ ลิตร			
ผู้กำหนด โรงพยาบาลเทพรัตน์นราธิวาส			
ผู้ตรวจสอบ	๑.นายศรีวัต สุขพงษ์ไทย ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการ 	วันที่ ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐	
	๒.นางอนุลักษณ์ ยะแพะพันธ์ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 	วันที่ ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐	
	๓.นายบริชน อ่องแจ่ม ตำแหน่ง เจ้าหน้างานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (เวชกิจภูมิ) 	วันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐	